



Prezes Zarządu Głównego: prof. dr hab. med. Andrzej Urbanik

Adres do korespondencji:  
Katedra Radiologii Collegium Medicum UJ  
31-501 Kraków, ul. Kopernika 19  
tel. 12 424 77 61, fax. 12 424 73 91  
e-mail: [sekretariat.pltr@gmail.com](mailto:sekretariat.pltr@gmail.com)

Kraków, 6 września 2017

Szanowny Pan  
Dr Konstanty Radziwiłł  
Minister Zdrowia

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne (PLTR) jest stowarzyszeniem naukowym, które statutowo zobowiązane jest do współpracy z organami administracji państwowej, między innymi wspierającej rozwój diagnostyki obrazowej w Polsce. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy fakt prac nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (badań TK i MR). Przesłaliśmy w tej sprawie rekomendacje naszego Towarzystwa, zgodne zresztą ze stanowiskiem konsultanta krajowego ds. radiologii i diagnostyki obrazowej. Obserwując krążącą korespondencję mogliśmy stwierdzić, że przygotowywany dokument zawiera rozsądne zapisy.

Pierwszym zaskoczeniem był fakt, że na konferencję uzgodnieniową w dniu 1 września nie zaproszono przedstawiciela PLTR. Reprezentujemy przecież ponad 2,5 tys. grupę zawodową radiologów, której przygotowywany dokument dotyczy. Udział w konferencji wziąłem więc nie jako prezes PLTR ale przedstawiciel szpitala w którym jestem zatrudniony.

Dokumenty, które miały być omawiane, zawierały wiele pozycji w tym liczb, tak więc spodziewaliśmy się, że będą – w wersji drukowanej - rozdane uczestnikom spotkania. Tak się nie stało. Dokumenty były wyświetlane na ekranie w jasnym pomieszczeniu stąd treść była niewyraźnie widoczna. Poza tym szybkie przewijanie utrudniało a wręcz uniemożliwiało poprawne przeczytanie.

Jednak to co zebrani zdołali przeczytać, wprawiło wszystkich w osłupienie. Przedstawiona wersja odbiegała całkowicie od wcześniejszych propozycji a zaproponowane – jako minimalne dla stosowanego sprzętu - parametry stawiały wymagania na poziomie jaki obowiązywał co najmniej 10 lat temu. Dla przykładu - kuriozalne było podanie wymagania (jako jedyne i podstawowe) dla rezonansu magnetycznego aby spełniał parametr: gradienty na poziomie minimum 10 mT/m (takimi parametrami systemy MR wykazywały się ponad 20 lat temu). Równie kuriozalne było zaproponowanie dopuszczenia każdego aparatu TK byle był spiralnym, bez określenia minimalnej liczby rzędów. Z kolei dla badań kardiologicznych TK uznano, że do takiej diagnostyki wystarczające jest zastosowanie aparatu 16. rzędowego. W sumie szokujące było to, że zaproponowana wersja stawiała znacznie niższe wymagania niż ta sprzed kilku lat.



Prezes Zarządu Głównego: prof. dr hab. med. Andrzej Urbanik

Adres do korespondencji:  
Katedra Radiologii Collegium Medicum UJ  
31-501 Kraków, ul. Kopernika 19  
tel. 12 424 77 61, fax. 12 424 73 91  
e-mail: [sekretariat.pltr@gmail.com](mailto:sekretariat.pltr@gmail.com)

Wywiązała się gorąca dyskusja w ramach której, osoba prowadząca spotkanie, raz „coś” dopisała a raz „coś” skreślała mało licząc się z głosami zgromadzonych i nie przedstawiając żadnych merytorycznych argumentów. Kiedy padło pytanie o to kiedy otrzymamy wersję końcową, co do której będziemy mogli zgłosić uwagi, usłyszeliśmy odpowiedź, że to koniec „uzgodnień” i nie będzie już przedstawienia wersji ostatecznej.

Biorąc to wszystko pod uwagę, w imieniu PLTR, przekazuję zdecydowany protest przeciwko takiemu prowadzeniu procedur „uzgodnieniowych”. Nie możemy zaakceptować sytuacji w której poziom diagnostyki obrazowej w Polsce zostałby cofnięty wiele lat do tyłu. Jeżeli bowiem przedstawione regulacje zostałyby przyjęte to oznaczałoby to zgodę na dopuszczenie na użytkowania bardzo niskiej jakości aparatów TK i MR nie pozwalających na właściwą diagnostykę. W takiej sytuacji oznaczałoby to sprowadzenie realnego zagrożenia dla źle zdiagnozowanych pacjentów. Dodatkowo, duża liczba badań byłaby najpewniej powtarzana na urządzeniach o wyższej jakości aby zapewnić odpowiedni poziom diagnostyki.

Wobec tego wnioskujemy o ponowną sesję uzgodnieniową opartą na wcześniejszej (rozsądnej) wersji załączników nr 1 i 2 dotyczących badań TK i MR. Były one zresztą zbliżone do zaleceń Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące minimalnych wymagań dla pracowni tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) do wykonywania poszczególnych typów badań TK i MR, które załączamy. Prawidłową, zresztą sytuacją będzie gdy dokumenty dotyczące określania warunków wykonywania badań diagnostycznych będą jednolite we wszystkich dokumentach, zarówno PLTR, Konsultanta Krajowego ds. radiologii i diagnostyki obrazowej jak również Ministerstwa Zdrowia.

**Z poważaniem**

Prof. Andrzej Urbanik

Prezes PLTR